

IL COSTRUTTORE/The manufacturer

K-FACTOR SRL

INDIRIZZO/Address:

I-42014 Castellarano (RE) – ITALY, Via Giotto 9

DICHIARA QUI DI SEGUITO CHE I

Hereby Declares that:

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' Medicali:

Medical uninterruptible power supplies

NRG-MED04

NRG-MED06

NRG-MED09

NRG-MED12

NRG-MED15

NRG-MED18

1) Dichiarazione di conformità UE / UE Conformity Declaration  **CEE732321020402/C00**

- RISULTANO IN CONFORMITA' CON QUANTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA COMUNITARIA, COMPRESSE LE ULTIME MODIFICHE, E CON LA RELATIVA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI RECEPIMENTO:

*ARE COMPLIANT ACCORDING TO THE TECHNICAL REQUIREMENTS
FOLLOWING THE LISTED PRODUCT STANDARDS*

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: 2007/47/CE

EU COUNCIL DIRECTIVE: 2007/47/CE

EN 60601-1:2006/A1:2013 = IEC 60601-1:2005/AC1:2006/AC2:2007/AM1:2012 or IEC 60601-1:2012

Safety requirements

EN 60601-1-2:2015 = IEC 60601-1-2:2014

EMC requirements

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: 2014/30/EU

EU COUNCIL DIRECTIVE: 2014/30/EU

EN62040-2 (2006-11)

Uninterruptible Power Supplies

Part 2: "Electromagnetic Compatibility" (EMC)

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: 2014/35/EU

EU COUNCIL DIRECTIVE: 2014/35/EU

EN62040-1:2008-11

EN62040-1/IEC:2009-02

Uninterruptible Power Supplies

Part 1: "General and safety requirements"

Castellarano, 02/04/2021

K-FACTOR SRL

Il legale rappresentante

G. PALAZZONI

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

Dichiarazione MTBF
MTBF declaration

DICMTBFNRGMED04-12

Identificazione del prodotto
Product identification

NRG-MED02, NRG-MED04, NRG-MED06
NRG-MED09, NRG-MED12

Descrizione del prodotto
Product description

Gruppi di continuità medicali
Medical uninterruptible power supplies

L'azienda dichiara che, in base all'analisi dei componenti interni dell'inverter, all'analisi del numero e tipologia dei guasti in rapporto ai pezzi venduti sino ad oggi, il valore medio dell'MTBF (Mean Time Between failures) dei prodotti sopra indicati è maggiore di 250.000 ore. (T= 25°C)

The company declares that, based on the inverter internal components analysis, the quantity and typology of faults related to the units sold till 2018, the average MTBF (Mean Time Between failures) value of the above mentioned products is more than 250.000 hours. (T=25°C)

Castellarano, 02/04/2021

K-FACTOR SRL
Il legale rappresentante
G. PALAZZOLI

